

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 68. § rendelkezései alapján

Amely készült a fent hivatkozott Ajánlatkérő által kiírt, fent hivatkozott tárgyú és eljárás számú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontásakor. A bontási eljáráson résztvevő személyeket a jelen okirat mellékletét képező „Jelenléti ív” tartalmazza (1. sz. melléklet). Ajánlattevők részéről nem jelet meg senki.

A bontás eljárás helyszíne: Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)

A bontási eljárás időpontja: 2017. február 01. napja 13:00 óra

Fedezet mértéke (nettó HUF): 12 hónapra összesen 83.817.060,- HUF + ÁFA

A fedezet mértéke részenkénti bontásban 12 hónapra vonatkozóan (nettó HUF):

1. RÉSZ:	11.444.000,- Ft
2. RÉSZ:	10.650.000,- Ft
3. RÉSZ:	15.285.440,- Ft
4. RÉSZ:	12.410.000,- Ft
5. RÉSZ:	1.828.800,- Ft
6. RÉSZ:	1.530.000,- Ft
7. RÉSZ:	2.100.000,- Ft
8. RÉSZ:	6.010.820,- Ft
9. RÉSZ:	12.614.000,- Ft
10. RÉSZ:	9.944.000,- Ft

A fedezet mértéke 24 hónapra összesen (nettó HUF): 167.634.120,- HUF + ÁFA

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a mai napon a bontási eljárás kezdő időpontjában lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő a bontási eljárás során – a Kbt. 68. § rendelkezéseivel összhangban – ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetésre került a rendelkezésére álló fedezet összege a fentieknek megfelelően.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett (3 ajánlattevő nyújtott be összesen 10 részajánlatot). Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő az ajánlatokat véletlenszerű sorrendben felbontja. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az összes ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett meg. Ezt követően az egyes ajánlatok felbontásra kerülnek. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bontási eljárásról a Kbt. 68. § (6) bekezdése értelmében jegyzőkönyv készül, amely a bontástól számított öt napon belül megküldésre kerül az összes ajánlattevőnek.

k.m.f.

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
ID száma: zám: 00255

dr. Bagaméry-Szalay Róbert
Jegyzőkönyv hitelesítő 1.


Nagy Elemér
Jegyzőkönyv hitelesítő 2.

1. sz. melléklet

JELENLÉTI ÍV

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 68. § rendelkezései alapján

Alulírottak, jelen okirat aláírásával elismerjük, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a bontási eljárásban részt vettünk.

KÉPVISELT SZERVEZET NEVE	KÉPVISELŐ NEVE	KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA
ADÁSVÉTELI KÖZBESZERZÉS ADÁSVÉTELI KÖZBESZERZÉS	ADÁSVÉTELI KÖZBESZERZÉS DR. BAGAMÉRY-SZALAY RÓBERT	

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00255
dr. Bagaméry-Szalay Róbert
Jegyzőkönyv hitelesítő 1.


Nagy Elemér
Jegyzőkönyv hitelesítő 2.

2. sz. melléklet

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény alapján

A bontási eljárás során – a Kbt. 68. § rendelkezéseivel összhangban – ismertetett adatok (ajánlattevők neve, címe (székhely/lakóhely), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek), az alábbiak szerint:

Részszempont	Megajánlás		
	Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0 Nettó ajánlati ár (HUF)	12.450.000,-		
1. rész tekintetében:			
1.1. terméktétel:			
1.1.1. 28 és 32 vápamérettel rendelkező rendszer (igen/nem)	igen		
1.2. Rendelkezésre áll a velőúr zárására alkalmas csontcement restrictor legalább 7 különböző méretben felszívódó és nem felszívódó formában (igen/nem)	igen		
1.3. Nincs a szár proximális részén egy, kettős vagy hármas kiemelkedés (igen/nem)	igen		
1.2. terméktétel:			
1.4. Dysplasiás vápák min. 4 méretben 46 mm alatt, 2 mm-es méretcsökkenéssel (igen/nem)	igen		
1.5. A szár teljes felszíne hydroxy-apatit bevonatú, lépcsőzetes kialakítással, biztosítja a legideálisabb erőátvitelt a csont-protézis között (igen/nem)	igen		
1.6. Elérhető konzervatív, anatómiai (bal-jobb) kialakítású proximális (distalis szártoldalék nélküli) szár porózus hydroxyapatit bevonatú felszínnel, 9 normál és 9 lateralizált méretben (igen/nem)	nem		
1.7. A szár min. 20 méretben, normál és lateralizált (offset) változatban rendelkezésre áll, a standard alapmérettől kezdve emelkedő nagyságban (igen/nem)	igen		
1.8. Elérhető olyan fém vápa komponens, melybe polietilén és kerámia inzert is behelyezhető, szükség szerint 28, 32 és 36 mm-es belső méretben (igen/nem)	igen		
1.9. 22 mm, 28mm, 32mm és 36 mm átmérőjű fej egyaránt rendelkezésre áll (igen/nem)	igen		
1.10. Lehetőség dysplasiás esetek megoldására, extrém vékony femoralis komponenssel standard és trochanterikus változatban és a beültető műszerkészletet a cég térítésmentesen biztosítja (igen/nem)	igen		

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 felelős akkreditált
 közbeszerzési szaktanácsadó
 Lajstromszám: 00005


 dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 Jegyzőkönyv hitelesítő 1.


 Nagy Elemér
 Jegyzőkönyv hitelesítő 2.

2. rész tekintetében:		Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0	Nettó ajánlati ár (HUF)			10.500.000,-
1	2.1. A vápa biztosítja az egyenletes vastagságú cementköpeny kialakítását, a külső felszínen támasztóbütyök és perem segítségével (igen/nem)			igen
2	2.2. Min. 14 méret rendelkezésre áll az alapmérettől kezdve emelkedő nagyságban a szár tekintetében (igen/nem)			igen
3	2.3. Min. 40-62 mm külső méret, max. 2 mm-es nagyságbeli növekedéssel a vápa tekintetében (igen/nem)			igen
4	2.4. Legalább 2 féle nyakhosszúság a szár tekintetében (igen/nem)			igen
5	2.5. Legalább 6 féle egyenletes (4 mm-es) nyakhosszúság emelkedés a fej tekintetében (igen/nem)			igen
6	2.6. Velőúr dugó biztosítása (igen/nem)			igen

3. rész tekintetében:		Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0	Nettó ajánlati ár (HUF)		21.200.000,-	
1	3.1. Min. 8 femur és min. 10 tibia fémtálcás komponens és méretenként 6 vastagságú tibia betét rendelkezésre áll (igen/nem)		igen	
2	3.2. Van hátsó keresztzal. megtartó és feláldozó vált. és „női” gender femoralis vált. 5 méretben, amelynek Q szöge nagyobb, medio-lateralisan keskenyebb, anterior dimenzióban vékonyabb a standardnál (igen/nem)		igen	
3	3.3. Van fémtálcás tibia és all poly komp. A polietilén betét vastagsága min. 9 mm. Van hátsó keresztzal. megtartó és feláldozó, az all poly tibia komp. min. 6 méretben méretenként 5 vastagságban (igen/nem)		igen	
4	3.4. A revíziós műszerkészlet az alap műszerkészlethez egységes rendszerként illeszkedik. A rendszer önmagában biztosítja az "offset" lehetőséget 360 fokban a szárnál a tibián és a femuron. A protézis kialakítása lehetővé teszi a hátsó keresztzalag megtartását vagy feláldozását, oldalstabilizált revíziós, „zsanaeros” rotating hinge és szegmentális pótlást is lehetővé tevő „tumor protézis” változatoknál, ami műtét közbeni döntés alapján variálható (igen/nem)		igen	
5	3.5. A protézis rendszer komponensei intraoperatíván kiegészíthetők a revíziós műtét során alkalmazandó különböző méretű és vastagságú augmentumokkal mind a tibiára mind a femurra. Az intraoperatív kiterjeszhetőség magába foglalja a "rotating hinge" illetve az oldalt stabilizált tengelyes lehetőséget is. Elérhetők különböző méretű és vastagságú femoralis augmentumok distal, posterior és anterior oldalra, valamint különböző méretű és vastagságú tibiális ékek és blokkok (igen/nem)		igen	

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 felelős akkreditált
 közbeszerzési szaktanácsadó
 Lajstromszám: OO255

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 Jegyzőkönyv hitelesítő 1.

Nagy Elemér
 Jegyzőkönyv hitelesítő 2.

4. rész tekintetében:	Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.)
0 Nettó ajánlati ár (HUF)			12.410.000,-
1 4.1. Egycsapos és bordás kialakítás a femoralis komponensnél (igen/nem)			igen
2 4.2. Minimium 7 darabból álló femoralis komponens méretválaszték (igen/nem)			igen
3 4.3. Minimium 4 magassági és hosszúsági méret a tibialis komponensnél, "all poly" komponens (igen/nem)			igen
4 4.4. Legalább 2 fajta méretű szélesség a tibialis komponensnél, "all poly" komponens (igen/nem)			igen
5 4.5. A tibialis komponensnél bordás kialakítás a csontcementtel érintkező felszínen (igen/nem)			igen

5. rész tekintetében:	Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.)
0 Nettó ajánlati ár (HUF)			1.504.000,-
1 5.1. Minimálisan 8-8 méret jobb és bal oldalon (igen/nem)			igen
2 5.2. Az osteointegrációt elősegítő TI+HAP bevonat (igen/nem)			igen
3 5.3. Elérhető bevonat nélkül is (igen/nem)			igen

6. rész tekintetében:	Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.)
0 Nettó ajánlati ár (HUF)			1.530.000,-
1 6.1. 12-14 kónuszú (konverziós) 26-os átmérőjű fejek biztosítása legalább 6 mérethosszban (igen/nem)			igen
2 6.2. 14-16 kónuszú (konverziós) 28-as átmérőjű fejek biztosítása legalább 6 mérethosszban (igen/nem)			igen
3 6.3. 12-14 kónuszú (konverziós) 32-es átmérőjű fejek biztosítása legalább 6 mérethosszban (igen/nem)			igen
4 6.4. Nyakhosszabító közdarab legalább 3 méretben 14/16-os kónusszal (igen/nem)			igen

7. rész tekintetében:	Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.)
0 Nettó ajánlati ár (HUF)			4.200.000,-
1 7.1. Jobbos, balos kivitel (igen/nem)			igen
2 7.2. Az osteointegrációt elősegítő HAP bevonat mindkét (proximalis és distalis) komponensen (igen/nem)			igen
3 7.3. A distalis komponens minimálisan 6 különböző átmérővel (10-20 mm) és minimálisan 4 különböző hosszúságban (igen/nem)			igen
4 7.4. Minimálisan 3 különböző vastagságú gallér nélküli proximális komponens méret (igen/nem)			igen
5 7.5. Az implantátum nagy szilárdságú, kovácsolt kobalt bázisú fém ötvözetből készült (igen/nem)			igen

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 felelős akkreditált
 közbeszerzési szaktanácsos
 Lajstromszám: OO255


Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 Jegyzőkönyv hitelesítő 1.

Nagy Elemér
 Jegyzőkönyv hitelesítő 2.

8. rész tekintetében:		Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0	Nettó ajánlati ár (HUF)	8.749.800,-		
1	8.1. Effektív megmunkálási idő max. 4 perc. (igen/nem)	igen		
2	8.2. Különböző viszkózitás kézi és cementpuskás alkalmazáshoz (igen/nem)	igen		

9. rész tekintetében:		Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0	Nettó ajánlati ár (HUF)		13.566.000,-	
1	9.1. Nb tartalmú rozsdamentes acél alapanyag a szár tekintetében (igen/nem)		igen	
2	9.2. "0" vagy "10" fokos emelésű cementes vápa is rendelkezésre áll valamennyi méretben a 28 belméretű vápáknál (igen/nem)		igen	
3	9.3. Kónusz adapterrel kapcsolható LDH nagy fej csatlakoztatható, legalább 10 méretben mely nagy posztoperatív mozgástartományt eredményez (igen/nem)		igen	
4	9.4. Távtartók biztosítsák az egyenletes cementköpenyt a vápa körül (igen/nem)		igen	
5	9.5. Legalább 8 standard szárméret és legalább 8 "off set" szárméret elérhető az alapmérettől kezdve emelkedő nagyságban (igen/nem)		igen	

10. rész tekintetében:		Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)	Comesa Budapest Kft. (1037 Budapest, Folyvondár utca 1.)	Metrimed Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Iozsef A. u. 3.)
0	Nettó ajánlati ár (HUF)		9.960.000,-	
1	10.1. A 28-as méretben legalább 5 nyakhosszúságú 12/14 kónuszú kobalt-króm, vagy azzal egyenértékű magas nitrogén-tartalmú acél implantátum fej elérhető (igen/nem)		igen	
2	10.2. A titán press-fit vápa fogazott felülete a primer stabilitást, rücskösített felszíne pedig a csontbenővést biztosítja (igen/nem)		igen	
3	10.3. Az optimális vápa implantátum és a csont közötti terhelés átadásához lapított félgömb forma valamennyi méretben (igen/nem)		igen	
4	10.4. A szár proximális részén a nagyfelületű hosszanti bordák és rajtuk a vágóélek biztosítják a primer stabilitást, valamint az implantátum és a csont közötti optimális terhelést (igen/nem)		igen	
5	10.5. A hármás ékalkalak biztosítja a szár primer stabilitást (igen/nem)		igen	
6	10.6. Titán alapanyagú Nb tartalmú trapéz alakú egyenes szárú ötvözet (igen/nem)		igen	
7	10.7. A primér száraz száma min. 36 méret. Legalább 3 féle CCD szög biztosítja a széles indikációs lehetőséget. CCD szögenként elérhető legalább 12 szárméret (igen/nem)		igen	
8	10.8. Nyakra csatlakoztatható adapterrel a szárhoz LDH fejek is rendelkezésre állnak legalább 12 méretben mely a fém a fémek artikulációt teszi lehetővé (igen/nem)		igen	
9	10.9. Elérhető highly-crosslink polietilén betét és kerámia-kerámia fej-vápbetét variáció is (igen/nem)		igen	


 Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
 felelős akkreditált
 közbeszerzési szaktanácsadó
 Lajstromszám: OO255


 Nagy Elemér
 Jegyzőkönyv hitelesítő 2.